

## Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

N. 526 \_\_\_\_\_

DEL 28.03.2022 \_\_\_\_\_

Oggetto: fornitura e installazione di un inversore per scambio su quadro di primo stadio della Centrale di ossigeno medicinale del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii..Ditta affidataria Medical Systems S.r.l.. Importo di affidamento € 920,00, oltre I.V.A. di legge.

CIG Z1E35A06A8

PDTD/2022/505

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 28.03.2022 \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI  NO

### Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

- Richiamato** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Richiamate** la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  
la L.R. Sardegna n. 24 dell'11.09.2020, "Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- Visti** il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";  
il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Delibera n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;  
la Delibera n. 179 del 14.02.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2022/2024, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
- Richiamata** la Linea Guida n. 4, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

- Premesso** che il personale tecnico ha ritenuto necessario e indifferibile provvedere alla riparazione del quadro di primo stadio della Centrale di Ossigeno medicinale del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari;
- Preso atto** che con procedura informale si è provveduto ad espletare un'indagine di mercato, volta ad individuare un operatore economico, in possesso dei requisiti di legge;
- Considerato** che risulta necessario provvedere all'espletamento di un affidamento dei lavori in oggetto;
- Ritenuto** di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale ammette il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 139.000,00;
- Acquisita** l'offerta della ditta Medical Systems S.r.l., la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto, per un importo pari a € 920,00 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 1);
- Considerato** che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;
- Ritenuto** pertanto di dover affidare alla ditta Medical Systems S.r.l. con sede a PULA (CA), Parco Tecnologico – Sardegna Ricerche, edificio n. 2 secondo piano, con P. I.V.A. 02833310929, la fornitura e installazione di un inversore per scambio su quadro di primo stadio della Centrale di ossigeno medicinale del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, per l'importo complessivo di € 920,00 oltre I.V.A. di legge;
- Rilevato** che l'importo totale dell'intervento I.V.A. inclusa pari a € 1.122,40, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizio finanziario	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	38	A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta)	€ <b>1.122,40</b>	2022 (01.01-31.12)	€ <b>1.122,40</b>
Totali				€ <b>1.122,40</b>		€ <b>1.122,40</b>

- Considerato** che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

## DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta Medical Systems S.r.l. con sede a PULA (CA), Parco Tecnologico – Sardegna Ricerche, edificio n. 2 secondo piano, con P. I.V.A. 02833310929, la fornitura e installazione di un inversore per scambio su quadro di primo stadio della Centrale

segue determinazione n. 526 del 28.03.2022

di ossigeno medicinale del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, per l'importo complessivo di € 920,00 oltre € 202,14 per I.V.A. di legge, per un totale di € 1.122,40;

- di prendere atto che l'importo totale di € 1.122,40, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizi finanziari	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	38	A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta)	€ <b>1.122,40</b>	2022 (01.01-31.12)	€ <b>1.122,40</b>
Totali				€ <b>1.122,40</b>		€ <b>1.122,40</b>


- di prendere atto che l'importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

**Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.**

**ing. Gianluca Borelli**

Il RUP  
Ing. Ubaldo Carlini

Estensore  
Dott. Andrea Cocco  
rif. 2022\_SM\_MN\_23



# MEDICAL SYSTEMS S.r.l.

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS  
FORNITURE APPARECCHIATURE MEDICALI ED ELETTROMEDICALI  
SERVIZI OSPEDALIERI

Pula, 10/03/2022  
Aggiornato al 16/03/2022  
NS. RIF. 048-22

Spett.le  
ARNAS G. BROTZU  
PIAZZALE RICCHI 1  
09134 CAGLIARI

C.A. Ing. Ubaldo Carlini.

Oggetto: fornitura e sostituzione di inversore scambio automatico quadro 1° stadio STM codice: 20602000.

In riferimento all'oggetto qui di seguito, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta a Voi riservata.

Fornitura e sostituzione di inversore per scambio automatico su quadro APR 1° stadio STM

**TOTALE FORNITURA ED INSTALLAZIONE**

**€. 920,00 + I.V.A. 22%**

Condizioni di fornitura:  
prezzi : I.V.A. esclusa – I.V.A.  
Validità offerta: 60 gg. Dalla presente;  
Collaudi in riferimento alla normativa UN EN ISO 7396/1;  
certificazione 93/42/CEE e s.m.i.: inclusa;  
installazione: Inclusa;  
Riferimento: UNI EN ISO 7396/1; D.L. 81/08; direttiva 93/42/CEE E S.M.I..  
Opere murarie: ESCLUSE;  
Messa a terra carpenterie metalliche: Esclusa;  
durata dei lavori: 1 giorno lavorativo ;  
disponibilità materiale: 10 giorni lavorativi da Vs. ordine scritto;  
disponibilità ad eseguire le lavorazioni: da concordare;  
**PAGAMENTO : 60 GG. D.F.F.M..**

Certi di avere fatto cosa a Voi gradita, restiamo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri Cordiali saluti.

MEDICAL SYSTEMS

- 1 -