

Segue delibera n. 228 del 17.02.2023

- Considerato** che con nota prot. n. 2500 del 06.02.2023 questa Azienda, ai sensi degli artt. 7 L. 241/90, 76 del D. Lgs. 50/16, nonché ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/90, comunicava alla Ditta aggiudicataria, FC Genetics Service S.r.l., l'avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione del Lotto n. 1, stabilendo che rispetto allo stesso si sarebbe proceduto all'espletamento di una nuova procedura di gara (All. "B" fg. 1);
- Ritenuto** pertanto di dover procedere all'annullamento dell'aggiudicazione del Lotto n. 1 della Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di Sistemi meccanici di infusione monouso da destinare alle diverse Strutture dell'ARNAS "G. Brotzu" in favore della Ditta FC Genetics Service S.r.l., ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/90, rispetto al quale si procederà all'espletamento di una nuova procedura di gara;
- Visti** il D. Lgs. n. 50/16 e la L. 241/90;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

1. di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione del Lotto n. 1 della Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di Sistemi meccanici di infusione monouso da destinare alle diverse Strutture dell'ARNAS "G. Brotzu" in favore della Ditta FC Genetics Service S.r.l., ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/90, rispetto al quale si procederà all'espletamento di una nuova procedura di gara.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Spett.le
Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
Piazzale Alessandro Ricchi, 1,
09047 Selargius CA

C/A :

DIREZIONE GENERALE: **Dr.ssa Agnese Foddis**
DIREZIONE AMMINISTRATIVA: **Dr. Ennio Filigheddu**
DIREZIONE SANITARIA: **Dr. Raimondo Pinna**
SC ACQUISTI BENI E SERVIZI: **Avv.to Federica Pillai**
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : **Dr. Nicola Tatti**

Moncalieri, 14/12/2022

Ns. Rif. PEC //19731129/2022/FC

OGGETTO: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annua, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di Sistemi meccanici di infusione monouso da destinare alle diverse strutture dell'ARNAS "G. Brotzu". Codici CIG vari".

Con riferimento alla Vs. comunicazione di Deliberazione n. 1448, adottata dal Direttore Generale in data 05/12/2022 e avente per oggetto l'Aggiudicazione della Procedura in oggetto, la Scrivente prende atto dei contenuti relativi al verbale di NON CONFORMITA' redatto dai Direttori della S.C. Farmacia e della S.C. Rianimazione e, della contestuale ESCLUSIONE dalla procedura negoziata per il LOTTO 1 Codice CIG 92272095BF per le seguenti motivazioni:

- *"Il modulo di selezione del flusso comprende due regolatori di velocità e l'impostazione di una delle 15 velocità disponibili è possibile sommando le velocità indicate sui 2 regolatori. Tale sistema può indurre facilmente ad errore."*



A tal proposito si vuole evidenziare che, nel capitolato di gara, viene richiesta, come caratteristica essenziale pena esclusione - punto 1a/b/c del "Capitolato sistemi meccanici di infusione" - : **velocità di flusso variabile da 1-15 ml/ora +/- 0.5 ml/ora**

Non vi è, quindi, **alcuna richiesta relativa alla modalità di impostazione di flusso del regolatore.**

Essendo, inoltre, la procedura, basata sul **criterio di aggiudicazione del "Minor prezzo"**, non è previsto, nel capitolato, un criterio di valutazione qualitativo basato su pareri soggettivi.

Si afferma quindi che ALEA SRL ha offerto un sistema elastomerico con velocità di flusso variabile da 1-15 ml/ora +/- 0.5 ml/ora, rispettando esattamente la caratteristica di minima richiesta dal capitolato.

Per quanto concerne la seconda motivazione fornita, la Stazione Appaltante precisa quanto segue:

- *"nella documentazione non viene indicata la presenza di filtro da 0.02 Micron come richiesto in sede di chiarimenti"*

Nel merito si vuole precisare che, nel capitolato di gara, viene richiesto, come caratteristica essenziale pena esclusione: **filtro antibatterico e antiparticellare.**

Il filtro da 0.2 Micron, offerto dalla scrivente, rappresenta un'efficace misura di controllo della contaminazione microbica come ampiamente espresso dalle raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute .

Il filtro da 0.02 Micron, richiesto nei chiarimenti, oltre a non essere stato precedentemente richiesto nella "lex specialis", e non costituendo quindi alcun contenuto provvedimentale (si veda Sentenza a tal proposito la sentenza del Consiglio di Stato, sez II, 07.01.2022 n.64), rappresenta un'infondata richiesta per l'ordinario funzionamento del dispositivo di somministrazione per infusione epidurale.

Si afferma quindi che ALEA SRL ha offerto un sistema elastomerico con filtro antiparticellare e antibatterico da 0.2 Micron, conforme all'infusione epidurale, rispettando esattamente la caratteristica di minima richiesta da capitolato.

A completamento ed in linea generica, i sistemi elastomerici devono rispettare caratteristiche tali da garantire una corretta somministrazione dei farmaci così come pubblicamente espresso dalle Raccomandazioni del Ministero della Salute e ogni caratteristica non finalizzata a tale destinazione d'uso è da ritenersi limitativa del principio di equivalenza e massima competitività tra gli operatori economici.

Pare il caso rilevare che, la delibera di esclusione in oggetto a cui è giunta questa Azienda Ospedaliera, oltre a rappresentare una evidente LESIONE a carico della scrivente, comporta danni evidenti di immagine e reputazione.

Il peso di una simile esclusione, di fatto, è ancor più grave laddove si consideri che i dispositivi offerti dall'ALEA srl, sono largamente utilizzati da numerose strutture pubbliche e private di comprovata considerazione e autorità su tutto il territorio Italiano **nonché, nella stessa Regione Sardegna.**

Le posticce motivazioni della esclusione a cui è giunta questa Commissione Tecnica, a sfavore della scrivente, sono illegittime e frutto di una valutazione illogica e sviante, totalmente inosservante della "lex specialis", in quanto l'esclusione è priva di una motivazione che consenta di comprendere e di rendere credibili le ragioni della ritenuta carenza dei requisiti minimi dei prodotti offerti.

Infine, non per importanza, si vuole evidenziare che la procedura è stata indetta con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso tuttavia, la ditta F.G. Genetics, è stata ritenuta l'unica ditta conforme, offrendo un ribasso rispetto alla base d'asta dichiarata di soli €.0,01 euro/pezzo; quest'ultimo aspetto, evidenzia ancor più la alquanto dubbia sopra citata corrispondenza tra la base d'asta unitaria applicata dalla stazione appaltante e l'importo unitario offerto.

Per effetto di quanto suddetto chiediamo al R.U.P. della procedura in oggetto, in qualità di responsabile del procedimento di gara e di pubblico ufficiale garante dei principi cardine che regolano un ordinario procedimento amministrativo, come indicato dalla L. 241/1990, di avviare con la massima urgenza le procedure per un equo ravvedimento di quanto dichiarato nella Vs comunicazione di esclusione in oggetto e, per l'effetto, invitiamo questa Azienda ad agire in autotutela al fine di rimuovere i vizi che hanno inficiato la procedura, annullando il provvedimento di esclusione, nonché rinnovare la sub-fase di valutazione dell'offerta presentata da ALEA srl.

Nell'ipotesi in cui questa Spett.le Azienda non faccia pervenire con tempestività un formale riscontro alla presente comunicazione, e comunque non oltre 5gg dalla notifica della ricezione, nostro malgrado, ci vedremo costretti a depositare con la massima urgenza, istanza di denuncia alla **Procura della Repubblica competente per il territorio**, nei confronti del R.U.P. e di tutti, nessuno escluso, i componenti del nucleo tecnico e S.C. Acquisti Beni e Servizi.

ALEA S.R.L.



ALEA srl
Medical & Diagnostic Solutions
Str. Genova, 299 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. (+39) 011 538253
SINASC. Fis. 11281200011

Rif. LP.

PEC

PG/2023/2500
DEL 06/02/2023

Spett. le Operatore Economico
FC Genetics Service S.r.l.
Pec: fcgenetics@pec.it

Oggetto Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di Sistemi meccanici di infusione monouso da destinare alle diverse Strutture dell'ARNAS "G. Brotzu". Operatori Economici FC Genetics Service S.r.l. (Lotto n. 1) – Surgika (Lotto n. 2). Importo complessivo annuo pari a € 70.659,00 oltre Iva di legge. Codici CIG vari.

Annullamento aggiudicazione Lotto n. 1.

Con riferimento alla procedura in oggetto e di seguito a ns. precedente lettera prot. n. PG/2020/2389 del 03.02.2023, che nella presente si richiama integralmente per forma e contenuto, si comunica che le controdeduzioni inviate in data 12.12.2023 dall'Operatore Economico Alea S.r.l. sono state ritenute esaustive e, pertanto, trovano accoglimento.

Per quanto sopra esposto, si comunica che questa Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/90, all'adozione dell'atto di annullamento dell'aggiudicazione del Lotto 1 in favore di Codesta Ditta, in merito al quale si procederà all'espletamento di una nuova procedura di gara.

Distinti saluti.

Il RUP
Dott. Davide Massacci