

Deliberazione n. 1033

Adottata dal Direttore Generale in data 25.07.2023

Oggetto: Annullamento Aggiudicazione di cui all'atto deliberativo n. 937 del 06.07.2023 e contestuale aggiudicazione Procedura aperta informatizzata per il noleggio di attrezzature endoscopiche per la SC Chirurgia Toracica del P.O. Businco dell'ARNAS "G. Brotzu" per un periodo di cinque anni. Operatore Economico Pentax Italia S.r.l. Importo complessivo annuale € 194.000,00 + IVA. Codice CIG 9231119063.

PDEL/2023/1108 MP

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 25.07.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.C. Affari Generali

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X NO

Su proposta della SC Acquisti Beni, Servizi ed Economato;

Richiamato l'atto deliberativo n. 1500 del 12.12.2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture";

Premesso che con atto deliberativo n. 937 del 06.07.2023 veniva aggiudicata la Procedura aperta informatizzata per il noleggio di attrezzature endoscopiche per la SC Chirurgia Toracica del P.O. Businco dell'ARNAS "G. Brotzu" per un periodo di cinque anni, in favore dell'Operatore Economico Olympus Italia S.r.l., per un importo complessivo annuale pari a € 184.000,00 + IVA;

Acquisita la comunicazione trasmessa a mezzo PEC, in data 11.07.2023, da parte della Ditta Pentax Italia S.r.l. che ha contestato l'attribuzione del punteggio tecnico di cui al criterio 2.2, a seguito della quale la Commissione di gara - nominata con atto n. 213 del 16.02.2023 – riunitasi per verificare quanto affermato dalla medesima, ne ha constatato la piena legittimità, come meglio riportato nei verbali n. 13 del 11.07.2023 e n. 14 del 12.07.2023 (All. "A" pag. 6);

Richiamato l'art. 21-nonies della L. 241/90, il quale dispone che *"il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2) È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole"*;

Vista l'offerta economica della Ditta Pentax Italia S.r.l. (All. "B" fg. 5);

Segue delibera n. 1033 del 25.07.2023

Ravvisato	che con atto n. 1427 del 02.12.2022 è stato concesso all'Avv. Federica Pillai un periodo di aspettativa per assumere l'incarico di Direttore Amministrativo presso l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, con decorrenza dal giorno 01.12.2022, e che questa amministrazione ha proceduto, con atto deliberativo n. 1547 del 16.12.2022, alla nomina del Dott. Davide Massacci in qualità di RUP, in sostituzione dell'Avv. Federica Pillai;
Atteso	che ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del Regolamento aziendale recante la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche", questa Amministrazione deve procedere alla nomina della Sig.ra Monica Pisu in qualità di supporto amministrativo al RUP, in luogo del Dott. Davide Massacci;
Ritenuto	pertanto di dover approvare i verbali n. 13 del 11.07.2023 e n. 14 del 12.07.2023, procedendo all'annullamento dell'aggiudicazione della Procedura di cui all'atto deliberativo n. 937 del 06.07.2023 in favore dell'Operatore Economico Olympus Italia S.r.l. e, contestualmente, di disponendo l'aggiudicazione della stessa in favore dell'Operatore Economico Pentax Italia S.r.l., per un importo annuale pari a € 194.000,00 + IVA;
Ritenuto	altresi di dover nominare l'Ing. Sarah Montisci in qualità di Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC), la Dott.ssa Laura Pisano e il Sig. Nicola Tatti in qualità di Assistenti con funzioni di Direttori Operativi e la Sig.ra Rosa Pugliese per la verifica di conformità/regolare esecuzione;
Visti	il D. Lgs. n. 50/16 e la L. 241/90;
Con	il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

1. di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione della Procedura di cui all'atto deliberativo n. 937 del 06.07.2023 in favore dell'Operatore Economico Olympus Italia S.r.l. e, contestualmente, di disporre l'aggiudicazione della stessa in favore dell'Operatore Economico Pentax Italia S.r.l., per un importo annuale pari a € 194.000,00 + IVA;
2. di comunicare e trasmettere il presente atto alle Ditte concorrenti ammesse alla procedura;
3. di procedere alla nomina della Sig.ra Monica Pisu in qualità di supporto amministrativo al RUP, in luogo del Dott. Davide Massacci;
4. di nominare l'Ing. Sarah Montisci in qualità di Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC), la Dott.ssa Laura Pisano e il Sig. Nicola Tatti in qualità di Assistenti con funzioni di Direttori Operativi e la Sig.ra Rosa Pugliese per la verifica di conformità/regolare esecuzione;
5. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari a € 194.000,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata sul Conto n. A501020401 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 132121;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Segue delibera n. 1033 del 25.07.2023

7. di autorizzare la S.C. Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Verbale n. 13

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per il noleggio di attrezzature endoscopiche per la SC Chirurgia Toracica del P.O. Businco dell'ARNAS "G. Brotzu" per un periodo di cinque anni. Codice CIG 9231119063.

Addì 11.07.2023 alle ore 16.00, in Cagliari, presso la S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato sita in Piazzale A. Ricchi snc in Cagliari, si è riunita in seduta riservata, la Commissione nominata con atto deliberativo n. 1636 del 17.10.2022, successivamente modificato con atto n. 213 del 16.02.2023, così composta:

PRESIDENTE: Dott. Davide Massacci
COMPONENTE: Dott. Paolo Albino Ferrari
COMPONENTE: Ing. Alessio Loberto
SEGRETARIO: Dott.ssa Laura Pisano

Constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura della nota tramessa a mezzo PEC, in data odierna, con la quale la Ditta Pentax Italia S.r.l. ha contestato l'attribuzione del punteggio tecnico di cui al criterio 2.2, come da allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

La Commissione procede con la verifica di quanto affermato dalla sopracitata Ditta e constata che, per mero errore materiale, unicamente in relazione all'offerta tecnica della Ditta Pentax non è stata applicata correttamente la formula stabilita dal Capitolato di gara, assegnando alla stessa il punteggio di 1 anziché 2.

Rilevato l'errore, la Commissione procede con l'attribuzione corretta del punteggio di cui al criterio *de quo*, determinando di conseguenza una modifica sostanziale della graduatoria finale, che vede dunque quale Operatore Economico classificatosi primo in graduatoria la Ditta Pentax Italia S.r.l. e non, come sancito dal verbale n. 10 del 05.06.2023 e dal conseguente atto deliberativo n. 937 del 06.07.2023, l'Operatore Economico Olympus Italia S.r.l., come indicato nella tabella sottostante:

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	IMPORTO ANNUO OFFERTO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO FINALE
PENTAX ITALIA S.P.A.	76,20	€ 194.000,00	7,04	83,24
OLYMPUS ITALIA S.P.A.	72,83	€ 184.000,00	10	82,83
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	74,53	€ 199.000,00	1,17	75,71

Alle ore 17.00, il Presidente dichiara terminata la seduta e stabilisce che le risultanze del presente verbale verranno comunicate, in seduta pubblica, in data **12.07.2023** alle ore **12.00** tramite Piattaforma Webex.

Sistema Sanitario Regione Sardegna
ARNAS G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

S.C. Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539863
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:

COMPONENTE:

COMPONENTE:

SEGRETARIO:

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia S.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzi n.16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.53.1
www.pentaxmedical.com

Spett.le
ARNAS G. BROTZU
PIAZZALE RICCHI, 1
09134 CAGLIARI (CA)

Milano 10/07/2023

Alla c.a. R.U.P. Avv. Federica Pillai
Delegato Responsabile della S.C. ABS ed Economato
Dott. Davide Massacci
PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it

Oggetto: Procedura Aperta informatizzata per il noleggio di Attrezzature Endoscopiche per la SC Chirurgia Toracica del P.O. Businco dell'ARNAS "G. Brotzu" per un periodo di cinque anni CIG 9231119063

Il sottoscritto Dr. Adriano Tinelli, nato a _____ e
residente in _____ nella qualità di Presidente della Società
PENTAX Italia S.r.l. con Unico Socio, con sede legale e amministrativa in Milano,
Via Clemente Prudenzi n. 16, cod. fiscale e partita IVA 11159150157,

Premesso che

- Ha preso parte alla procedura in oggetto;

Considerato che

- Nell'esaminare i verbali di gara abbiamo rilevato un errore materiale nella attribuzione dei punteggi, rivelatosi decisivo nell'aggiudicare l'appalto alla società Olympus, invece che a Pentax Italia.
- La procedura si è conclusa con la seguente classifica

DITTA	IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUO OFFERTO	RIBASSO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO FINALE
PENTAX ITALIA S.P.A.	€ 200.000,00	€ 194.000,00	€ 6.000,00	7,04	82,24
FUJIFILM ITALIA S.P.A.		€ 199.000,00	€ 1.000,000	1,17	75,71
OLYMPUS ITALIA S.P.A.		€ 184.000,00	€ 16.000,00	10	82,83

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzano n. 16
20133 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

- In relazione al criterio 2.2 però a Pentax, che aveva presentato l'offerta migliore è stato attribuito il punteggio di 1, benchè il punteggio massimo fosse pari a 2, mentre agli altri due concorrenti è stato attribuito il punteggio di 0,33, come di risulta dal verbale di aggiudicazione di seguito riportato:

N.	Criterio di valutazione	Punteggio MAX	A - Pentax	B - Olympus	C - Fujifilm - TeMoSa	Note
			Punteggio	Punteggio	Punteggio	
2.2	Tempi di ripristino delle apparecchiature. Miglioramento dei tempi rispetto a quanto richiesto nelle caratteristiche minime.	2	1	0,33	0,33	<p>A = 4ore senza parti di ricambio, 8ore altrimenti B = 20ore senza parti di ricambio, 48ore altrimenti C = 16ore senza parti di ricambio, 48ore altrimenti</p> <p>Per la valutazione si è considerato il caso peggiore, ovvero quello con la necessità di parti di ricambio.</p>

- Il subcriterio 2.2 ha una matrice "quantitativa", perciò la determinazione del coefficiente da assegnare a ciascun concorrente deve essere fatta applicando la formula stabilita dal capitolato speciale di seguito riportata:

<p>Qualora il valore della caratteristica migliore sia il più basso:</p> $C_{j-i} = \frac{V_{i-min}}{V_{j-i}}$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V_{j-i} = Valore offerto dal concorrente i-esimo per il subcriterio j; • V_{j-min} = Valore dell'offerta migliore per il sub criterio j; • C_{j-i} = Coefficiente calcolato per il sub criterio lineare j relativamente all'offerta del concorrente i-esimo.

- Sulla base di detta formula la commissione ha correttamente attribuito un punteggio di 0,33 sia alla ditta Olympus e che alla ditta Fuji.

La commissione, infatti, ha dapprima determinato il coefficiente da attribuire alle offerte Olympue e Fuji sviluppando il seguente calcolo:

$C_{j-i} = W_{i-min} / V_{j-i} = 8$ (valore orario inferiore della ditta Pentax)/ 48 (valore orario di Fuji e Olympus) = 0,166.

Quindi ha moltiplicato il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile, ovvero: $0,166 \times 2 = 0,33$.

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzio n.16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

- Per ciò che concerne Pentax Italia, che aveva presentato l'offerta migliore in relazione al criterio 2.2 si sarebbe dovuto fare applicazione della regola stabilita dal capitolato speciale di seguito riportata:

Con riferimento ai suddetti punti, al valore della caratteristica migliore per il subcriterio i, verrà attribuito il coefficiente $C_{i-i}=1$ (uno).

All'offerta Pentax avrebbe cioè dovuto essere assegnato un coefficiente pari a 1, che moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile avrebbe dovuto portare all'assegnazione a Pentax di un punteggio pari a 2 per il sub criterio 2.2 e non 1 come erroneamente avvenuto.

L'errore è decisivo perché attribuendo a Pentax Italia il punteggio corretto la classifica verrebbe modificata e Pentax Italia sarebbe al primo posto con 83,24 punti, mentre l'aggiudicataria Olympus scivolerebbe in seconda posizione con 82,83 punti

Tutto ciò premesso e considerato, la società sottoscritta

CHIEDE

a codesta Amministrazione di procedere alla correzione dell'errore, attribuendo il punteggio corretto a Pentax Italia e, di conseguenza, revocare l'aggiudicazione e procedere alla corretta assegnazione dell'appalto.

Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro certi che, vista l'evidenza dell'errore materiale, non sarà necessario impugnare formalmente in sede giurisdizionale il provvedimento di aggiudicazione.


Con osservanza.

PENTAX Italia S.r.l.

con Unico Socio

Dr. Adriano Tinelli

Presidente




Verbale n. 14

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per il noleggio di attrezzature endoscopiche per la SC Chirurgia Toracica del P.O. Businco dell'ARNAS "G. Brotzu" per un periodo di cinque anni. Codice CIG 9231119063.

Addi 12.07.2022 alle ore 12.00, presso la sede della S.C. Acquisti Beni e Servizi dell'ARNAS "G. Brotzu", Piazzale A. Ricchi, 1 - Cagliari, si è riunito in seduta pubblica, attraverso la piattaforma per le videoconferenze "Webex", come pubblicato nell'apposita sezione dell'albo pretorio del sito www.aobrotzu.it, il seggio di gara composto dal RUP Dott. Davide Massacci, dall'Ing. Alessio Loberto e dalla Dott.ssa Laura Pisano in qualità di segretario verbalizzante. Alla seduta sono connessi in videoconferenza i Rappresentanti degli Operatori Economici Olympus Italia S.r.l., Fujifilm Italia S.p.A., Temosa e Pentax Italia S.r.l.


Viene data lettura del verbale n. 13 del 11.07.2023, contenente le risultanze del procedimento di verifica del punteggio attribuito alla Ditta Pentax Italia S.r.l. relativamente al criterio 2.2, a seguito dell'istanza presentata dalla stessa.

Il RUP, tramite la modalità di "condivisione schermo" mostra agli Operatori Economici, connessi in videoconferenza, l'effettivo errore materiale commesso nell'attribuzione del punteggio di cui al criterio *de quo*, dovuto alla mancata impostazione corretta della formula prevista dal Capitolato di gara.

Il RUP procede pertanto alla correzione, sul Portale SardegnaCAT, del punteggio tecnico attribuito al concorrente Pentax e alla comunicazione della nuova graduatoria finale.

Alle ore 12.40, dopo aver chiesto agli Operatori Economici partecipanti se avessero qualcosa da dichiarare, e avendone ricevuto risposta negativa, il RUP chiude la seduta pubblica e trasmette gli atti all'Amministrazione per la predisposizione dell'aggiudicazione definitiva in favore dell'Operatore Economico Pentax Italia S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.







PENTAX
MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenziò n.16
20138 Milano – Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

v

11200512

Spett.le
AZ. OSPEDALIERA G. BROTZU
P.LE RICCHI, 1
09134 CAGLIARI (CA)

Milano 16/06/2022

Ns. rif. 1000002172/503/TD

**Oggetto: Procedura Aperta informatizzata per il noleggio di Attrezzature Endoscopiche per la SC
Chirurgia Toracica del P.O. Businco dell'ARNAS "G. Brotzu" per un periodo di cinque anni
CIG 9231119063**

Il sottoscritto Dr. Adriano Tinelli, nato a _____ e residente in _____
nella qualità di Presidente della Società PENTAX Italia S.r.l. con Unico Socio, con sede legale e
amministrativa in Milano, Via Clemente Prudenziò n. 16, cod. fiscale e partita IVA 11159150157, iscritta alla
C.C.I.A.A. di Milano al n. 11159150157 dal 19/02/1996 R.E.A. n. 1440458 dal 25/03/1994, codice attività
464630, ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente in Milano Via Abetone 10

Offre

In Noleggio quinquennale il Seguento Sistema di Endoscopia per Chirurgia Toracica

Videoprocessore Digitale

Codice 81096 **Descrizione** [EPK-i7010] OPTIVISTA plus / OPTIVISTA Video
Con Fonte di Luce integrata
Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: Z12020406
N° Repertorio: 1434791

Il Videoprocessore viene fornito completo di Sistema archiviazione immagini su supporto digitale esterno

Codice	LIC EYELITE	Descrizione	LIC. EYELITE CON SERVER DICOM LOC.
Codice	HARD EYE MED	Descrizione	HARDWARE MED X EYELITEDICOMIZER

Fonte di Luce

Integrata nel Videoprocessore sopra offerto

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzi n.16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

Monitor per bioimmagini HD

Codice	EX3241	Descrizione	Monitor EIZO CuratOR EX3241
Quantità offerta pezzi n.	1		
Codice CND:	Z11900802		
N° Repertorio:	1765593		

Carrello per Endoscopia

Codice	400905	Descrizione	[CLASSIC3] classic-cart Carrello, Con
Quantità offerta pezzi n.	1		
Codice CND:	Z12029003		
N° Repertorio:	79961/R		

Stampante medica a colori

Codice	UP-D25MD	Descrizione	VIDEOSTAMPANTE COLORE DIGIT.FTO A6
Quantità offerta pezzi n.	1		
Codice CND:	Z110706		
N° Repertorio:	306367/R		

Videobroncoscopio flessibile per indagini endoscopiche di routine

Codice	84596	Descrizione	[EB15-J10] Video Broncoscopio HD (J10 Series),
Quantità offerta pezzi n.	1		
Codice CND:	Z12020802		
N° Repertorio:	1434756		

Videobroncoscopi flessibili a largo canale

Codice	84610	Descrizione	[EB19-J10] Video Broncoscopio HD (J10 Series),
Quantità offerta pezzi n.	3		
Codice CND:	Z12020802		
N° Repertorio:	1434763		

Videobroncoscopio flessibili pediatrici

Codice	89884	Descrizione	[EB11-J10] Video Broncoscopio HD (J10 Series), ø3.
Quantità offerta pezzi n.	2		
Codice CND:	Z12020802		
N° Repertorio:	1930447		

PENTAX
MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzi n.16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

Fibrobroncoscopio ultrasottile

Codice 84443 **Descrizione** [FB-8V] Fibro Broncoscopio (V Series), Ultra
Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: Z12020801
N° Repertorio: 59582/R

Videoecobroncoscopi (EBUS) flessibili endoscopia alta definizione

Codice 84627 **Descrizione** [EB19-J10U] Video Ecobroncoscopio EBUS HD (J10)
Quantità offerta pezzi n. 2
Codice CND: Z12020899
N° Repertorio: 1620769

Ecografo

Codice 301406 **Descrizione** [ARIETTA-750SE-PNEUMO] ARIETTA
Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: Z11040104

l'Ecografo viene fornito completo dei seguenti accessori

Codice	301500	Descrizione	ARIETTA 750 Pack Elasto/Contrasto/Strain
Codice	L55	Descrizione	SONDA LINEARE 13,0-5,0 MHZ X NOBLUS
Codice	C251	Descrizione	5.0-1.0 MHZ SONDA CONVEX 50R 70°
Codice	UP-X898MD	Descrizione	STAMPANTE ANALOG/DIGIT-B/N-FORM.A6

Sistemi di lavaggio e la disinfezione ad alto livello

Codice 951738 **Descrizione** LAVAEND. WD415 AUT.CONFIG.PAA
Quantità offerta pezzi n. 2
Codice CND: Z120029010
N° Repertorio: 1400236

Le Lavaendoscopi sopra offerte vengono fornite complete di tutti gli accessori necessari per il perfetto e corretto funzionamento e di tutti i raccordi per poter effettuare la disinfezione degli Endoscopi in uso nell'U.O.C. Chirurgia Toracica.

Nella fornitura sono previste inoltre le qualifiche QI, QO e QP per il Collaudo e le QP annuali di ciascuna Lavaendoscopi nel periodo contrattuale e un Sistema che garantisce almeno 10 ricambi di volumi d'aria all'ora.

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzio n.16
20138 Milano – Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

Sistema di Armadi per il stoccaggio degli Endoscopi

Codice 951781 **Descrizione** ARMADIO DRY320 BARCODE E PRINTER
Quantità offerta pezzi n. 2
Codice CND: NO D.M.
N° Repertorio: NO D.M.

Codice RV-CS400-040-X3 **Descrizione** Compress. insonorizz. per aria medicale essiccata
Quantità offerta pezzi n. 1

Gli Armadi sopra offerti vengono forniti completi di tutti gli accessori per il perfetto e corretto funzionamento e dei raccordi necessari per la conservazione fino a 20 Endoscopi

Carrello per il trasporto degli Endoscopi

Codice 954252 **Descrizione** CARRELLO + 6 VASSOI PER ENDOSCOPI
Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: NO D.M.
N° Repertorio: NO D.M.

E' stata prevista la fornitura di una confezione di 200 kit di telini monouso sterili (uno per ciascuno dei 200 esami per i quali è prevista la fornitura di consumabili)

Sistema tecnologico (Software e Hardware) per controllo e tracciabilità disinfezione e stoccaggio delle Sonde

Codice 953152 **Descrizione** LIC. PM2 +E SU WD415 V2
Quantità offerta pezzi n. 10 (1 Licenza per ogni Lavaendoscopi, per ogni anno)
Codice CND: NO D.M.
N° Repertorio: NO D.M.

Codice 953156 **Descrizione** LIC. PM2 +E SU DRY320 V2
Quantità offerta pezzi n. 10 (1 licenza per ogni Armadio, per ogni anno)
Codice CND: NO D.M.
N° Repertorio: NO D.M.

Codice CLEANTRACK **Descrizione** Software di tracciabilità Endoscopio nei pressi della colonna End.
Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: NO D.M.
N° Repertorio: NO D.M.

Codice PC PANEL **Descrizione** Monitor PC Panel con lettore barcode per gestione CLEANTRACK
Quantità offerta pezzi n. 1

PENTAX

MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzi n.16
20138 Milano – Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

CANONE ANNUALE OMNICOMPRESIVO € 194.000,00 (Centonovantaquattromila/00)+ IVA

Ribasso in percentuale rispetto all'importo annuale posto a Base d'asta (€ 200.000,00) : 3% (tre per cento)

Canone complessivo quinquennale: € 970.000,00 (Novecentosettantamila/00) + IVA

il canone è comprensivo di tutti gli oneri inerenti la fornitura, il corso di addestramento, il collaudo, l'assistenza e la manutenzione Full-Risk, nonché la fornitura di tutti i ricambi e i consumabili come da richiesta di Capitolato

*Per le apparecchiature di Videoendoscopia, tutti i consumabili necessari per effettuare 1500 procedure /anno
Per le apparecchiature di Reprocessing, tutti i consumabili per garantire l'esecuzione di 200 cicli.*

Si dichiara

Che i suddetti prezzi sono comprensivi dei costi relativi agli oneri della sicurezza interni all'azienda, (non soggetti a ribasso), che risultano congrui rispetto alle caratteristiche delle forniture in oggetto ed ammontano rispettivamente a: € 2.910,00 (Duemilanovecentodieci/00)

Condizioni di Fornitura:

Validità offerta: 180gg dalla scadenza di presentazione dell'offerta

Consegna: entro 45 gg dal ricevimento ordine

Collaudo: entro 10 gg dalla consegna

Spese di spedizione: a ns.carico

Porto: Franco Imballo Gratis

IVA di legge a Vs. carico: 22%

RingraziandoVi per l'attenzione prestataci, è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

PENTAX Italia S.r.l.

con Unico Socio

Dr. Adriano Tinelli

Presidente

