	3 0 M	ar. 2010 "	Deliberazione N	151
adottata dal COMMISSARIO in data				
OGGETTO: Autorizzazione consegna in visione Apparecchiatura Veradius FD Rel 1.1 presso la S.C. Chirurgia Toraco Vascolare. Ditta PHILIPS.				
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 3 0 MAR. 2010				
per gg.15 consecu	ıtivi e posta a disposizione per la co	onsultazione.	II Direttore Amministrativo	
IL COMMISSARIO	Dott. Antonio Gar	au		
Direttore Amminis dal Direttore Sanit				
SU	proposta della S.C. Acquisizione E	Beni e Servizi;		
VISTA	la lettera del 02.03.2010 (All. "A" fg. 2) con la quale la Ditta Philips ha proposto la consegna in visione di un' Apparecchiatura Veradius FD Rel 1.1, del valore di € 300.000,00 più Iva, per un periodo di 5 giorni (dal 22 al 26 marzo c.a.) presso la S.C. Chirurgia Toraco Vascolare;			
ATTESO	che la Ditta Philips con la succitata nota ha precisato che saranno a proprio carico le spese relative a trasporto, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, materiale di consumo per tutto il periodo della visione;			
RILEVATO	che la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole per la consegna in visione, come da annotazione in calce alla suddetta lettera del 02.03.2010;			
ATTESO	che il Responsabile del Servizio di Fisica e Tecnologia Sanitaria ha espresso parere favorevole alla proposta di che trattasi, rinviando alla fase del collaudo la verifica della conformità delle apparecchiature alle norme di sicurezza;			
ATTESO	che per il collaudo dovrà essere seguito quanto stabilito dalla guida CEI fascicolo 3783 R; in particolare dovranno essere effettuate le prove di sicurezza elettrica a cura della Ditta produttrice in contraddittorio con il personale tecnico di questa Azienda Ospedaliera;			
RITENUTO	pertanto di autorizzare la consegna in visione in parola in quanto non comporta alcun onere di spesa a carico di questa Amministrazione;			
VISTE	le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;			
CON	il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario			

DELIBERA

1) di autorizzare la consegna in visione, proposta dalla Ditta Philips, di un' Apparecchiatura Veradius FD Rel 1.1, del valore di € 300.000,00 più Iva, per un periodo di 5 giorni (dal 22 al 26 marzo c.a.) presso la S.C. Chirurgia Toraco Vascolare;

3

segue deliberazione n. ____

- 2) di verificare durante la fase del collaudo, da effettuarsi come indicato in premessa, la conformità del
- 3) di prendere in carico inventariale l'apparecchiatura suddetta, con la precisazione che la stessa non comporta alcun onere di spesa per questa Amministrazione e alcun obbligo nei confronti della Ditta offerente.

IL DIRETTORE ANIMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola

bene alle norme di sicurezza;

IL COMMISSARIO Dott. Antonio Sarau

Dir. S.C. Acquis. Beni Dott. G.Casu

Coll.re Ammin. Esperto Dott.ssa A.Buzzi

Coll.re Ammin vo Dott.ssa A.M.Marongiu

ConsvisioneVeradius