



Deliberazione N. 62

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 OTT. 2009

OGGETTO: Autorizzazione consegna in visione Apparecchiatura LIDCO presso le SS.CC. Anestesia, Rianimazione e Cardiocirurgia. Ditta MEDICAL INNOVATIVE ITALIA.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 OTT. 2009
per gg. 15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott.ssa Maria Cristina Mancini
dal Direttore Sanitario: Dott. Roberto Sequi

- SU proposta della S.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- VISTA la lettera del 05.08.2009 (All. "A" fg. 1) con la quale la Ditta Medical Innovative Italia ha proposto la consegna in visione di un' Apparecchiatura LIDCO, del valore di € 50.000,00 più IVA, presso le SS.CC. di Anestesia, Rianimazione e Cardiocirurgia per un periodo di trenta giorni, specificando che la stessa non necessita di materiale di consumo;
- ATTESO che con la succitata nota la Ditta Medical Innovative Italia ha precisato che tutti gli oneri inerenti consegna, installazione, ritiro, eventuale manutenzione e rischi derivanti dall'uso saranno a proprio carico;
- RILEVATO che con nota AC/DS prot. n. 1377 del 02.10.2009 (All. "B" fg. 1) la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole;
- ATTESO che per il collaudo dovrà essere seguito quanto stabilito dalla guida CEI fascicolo 3783 R; in particolare dovranno essere effettuate le prove di sicurezza elettrica a cura della Ditta produttrice in contraddittorio con il personale tecnico di questa Azienda Ospedaliera;
- RITENUTO pertanto di autorizzare la consegna in visione in parola in quanto non comporta alcun onere di spesa a carico di questa Amministrazione;
- VISTE le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;
- CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

1) di autorizzare la consegna in visione, proposta dalla Ditta Medical Innovative Italia, di un' Apparecchiatura LIDCO, del valore di € 50.000,00 più IVA, presso le SS.CC. di Anestesia, Rianimazione e Cardiocirurgia, per un periodo di trenta giorni, a tutte le condizioni esplicitate in premessa;

2) di verificare durante la fase del collaudo, da effettuarsi come indicato in premessa, la conformità del bene alle norme di sicurezza;

3) di prendere in carico inventariale l' apparecchiatura suddetta, con la precisazione che la stessa non comporta alcun onere di spesa per questa Amministrazione e alcun obbligo nei confronti della Ditta offerente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Cristina Mancini



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Segui



IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau



Dir. S.C. Acquis. Beni _____
Coll.re Ammin. Esperto Dott.ssa A. Buzzi a
Coll.re Ammin.vo Dott.ssa A.M. Marongiu Q
ConsisioneLIDCO