

Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di n. 4 iniettori per somministrazione mezzi di contrasto e relativi dispositivi medici per la SC Radiologia del P.O. San Michele e per la SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del P.O. Businco per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Codice CIG 9244186F99.

FAQ

Domanda: 1) Si segnala che tra la documentazione non è presente alcun file o modulo per la formulazione dell'offerta economica. Si chiede conferma se si tratti di refuso e, in questo caso, si chiede che venga inoltrata opportuna documentazione. In caso contrario si chiede conferma che l'offerta economica debba essere prodotta su propria carta intestata con la sola indicazione del ribasso complessivo sull'importo annuale a base d'asta e le condizioni riportate in capitolato.
2) Si chiede conferma che tutte le n. 4 installazioni saranno da effettuarsi a soffitto.
3) Si chiede conferma della possibilità di offrire in sconto merce e/o costo zero eventuali voci relative al materiale di consumo per garantire la produttività richiesta dalla stazione appaltante.

Risposta:

1) Si conferma che l'offerta economica debba essere prodotta su propria carta intestata con la sola indicazione del ribasso complessivo sull'importo annuale e le condizioni riportate in capitolato.
2) L'installazione degli iniettori dovrà essere effettuata a soffitto per le tre (3) TAC del P.O. San Michele (Radiologia e PS), mentre su carrello mobile per la TAC della Radiologia del P.O. Businco.
3) Si conferma.

Domanda:

Spett.le A.O. Brotzu, con riferimento al punto 5 del Capitolato, segnaliamo che l'iniettore commercializzato dalla scrivente è wireless e, come tale, sprovvisto di cavi che possano rappresentare un ingombro e/o rendere più difficoltosi gli spostamenti della macchina in sala TC. Alla luce di ciò, si chiede che possa essere valutata positivamente anche l'offerta di un iniettore a piedistallo wireless come sopra descritto.

Risposta: L'installazione degli iniettori dovrà essere effettuata a soffitto per le 3 (tre) TAC del P.O. San Michele (Radiologia e PS), mentre su carrello mobile per la TAC della Radiologia del P.O. Businco.