

**Verbale n. 1**

**Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di n. 4 iniettori per somministrazione mezzi di contrasto e relativi dispositivi medici per la SC Radiologia del P.O. San Michele e per la SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del P.O. Businco per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Codice CIG 9244186F99.**

Addì 04.07.2022 in Cagliari, presso la sede della S.C. Acquisti Beni e Servizi dell'ARNAS "G. Brotzu", Piazzale A. Ricchi, 1 - Cagliari, si è riunito in seduta pubblica, attraverso la piattaforma per le videoconferenze "Webex", come pubblicato nell'apposita sezione dell'albo pretorio del sito [www.aobrotzu.it](http://www.aobrotzu.it), il Seggio di gara composto dal Presidente Avv. Federica Pillai e dai Dottori Andrea Versace e Laura Pisano, in qualità di segretario verbalizzante.


Alle ore 10.03, il Presidente del seggio dichiara aperta la seduta, alla quale è connesso, in videoconferenza, il Rappresentante dell'unico Operatore Economico partecipante.

Il seggio di gara procede, tramite il Portale SardegnaCAT, all'apertura della Busta di Qualifica, contenente la documentazione richiesta, come da allegato sotto la lettera "A" e, a conclusione della verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, stabilisce di ammettere l'Operatore Economico Bracco Imaging Italia S.r.l. alla fase successiva di gara.


Pertanto, il Presidente del seggio procede all'apertura della "Busta tecnica", al fine di verificare la completezza della documentazione presentata e l'integrità dei file trasmessi.

Alle ore 10.30, il Presidente dichiara conclusa la sezione di lavoro e stabilisce che il concorrente verrà convocato in seguito a mezzo PEC per la successiva seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.









**Verbale n. 2**

**Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di n. 4 iniettori per somministrazione mezzi di contrasto e relativi dispositivi medici per la SC Radiologia del P.O. San Michele e per la SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del P.O. Businco per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Codice CIG 9244186F99.**

Addì 16.09.2022 in Cagliari, alle ore 09.50, presso la sede della S.C. Acquisti Beni e Servizi dell'ARNAS "G. Brotzu", Piazzale A. Ricchi, 1 - Cagliari, si è riunita in seduta riservata, al fine di adottare idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 312 del 09 aprile 2020, la Commissione incaricata dell'espletamento della procedura in oggetto.

La Commissione, nominata con determina n. 1147 del 06.07.2022, risulta così composta:


PRESIDENTE:	Avv. Federica Pillai
COMPONENTE:	Dott.ssa Michela Pellecchia
COMPONENTE:	Ing. Alessio Loberto
SEGRETARIO:	Dott.ssa Laura Pisano


Constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, richiamato il verbale n. 1 del 04.07.2022, procede alla disamina della documentazione tecnica trasmessa dall'Operatore Economico Bracco Imaging Italia S.r.l., assegnando allo stesso un punteggio totale di **69 punti**, come meglio descritto nell'allegato "A".


Alle ore 13.00 il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE: 

COMPONENTE: 

COMPONENTE: 

SEGRETARIO: 



**Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di n. 4 iniettori per somministrazione mezzi di contrasto e relativi dispositivi medici per la SC Radiologia del P.O. San Michele e per la SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del P.O. Businco per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Codice CIG 9244186F99.**

**LOTTO UNICO**

**CARATTERISTICHE TECNICHE - PUNTEGGIO MAX COMPLESSIVO 80**

**1. Caratteristiche del sistema: Range di flusso di iniezione per MdC e soluzione fisiologica, Volumi di iniezione impostabili, Programmazione dei valori limite di pressione, Mantenimento costante della temperatura del MdC e della fisiologica, eventuali caratteristiche innovative del sistema proposto, etc. (Max. 16 punti).**

Ditta	Presidente Avv. Pillai	Componente Dott.ssa Pellecchia	Componente Ing. Roberto	Media coefficienti	Punteggio	Valutazione
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	1	1	1	1	16	Range di flusso impostabile (0,5 – 9,7/9,8 ml/s) Volumi di iniezione: dipendenti dai flaconi ed impostabili (1 – 200ml) Pressione limite: Impostabile e andamento visualizzabile con scala colori su curva di flusso Temperatura: doppio vano termostato per il controllo Caratteristiche innovative: doppio monitor con stesse funzionalità; controllo scadenza del materiale di consumo; sensori ad ultrasuoni per rilevamento bolle d'aria.

**2. Funzionamento senza utilizzo di siringhe (Max 10 punti).**

Ditta	Presidente Avv. Pillai	Componente Dott.ssa Pellecchia	Componente Ing. Roberto	Media coefficienti	Punteggio	Valutazione
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	1	1	1	1	10	Soluzioni prelevate direttamente dal flacone

**3. Flusso di lavoro: Semplicità, praticità d'uso e tempi di preparazione della macchina, Pulizia e sanificazione del sistema, etc. (Max. 5 punti).**

Ditta	Presidente Avv. Pillai	Componente Dott.ssa Pellecchia	Componente Ing. Roberto	Media coefficienti	Punteggio	Valutazione
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	1	1	1	1	5	Interfaccia semplice ed intuitiva, possibilità di memorizzazione e di richiamo protocolli preimpostati, test di pervietà del vaso. Presenti istruzioni a schermo per l'utilizzo dell'iniettore e per la sostituzione dei kit. Automazione delle fasi di riempimento e spurgo del circuito, di monitoraggio e della rilevazione della presenza di bolle d'aria. Tempi ridotti di preparazione in quanto preleva direttamente da flacone. Pulizia e sanificazione estremamente ridotte, no sgocciolamento mdc per la presenza della tecnologia "Bottle Spike"



**4. Interfaccia utente - Console a colori di tipo "Touch-screen", Visualizzazione dei parametri impostati durante l'iniezione, possibilità di personalizzazione, etc. (Max 5 punti).**

Ditta	Presidente Avv. Pillai	Componente Dott.ssa Pellecchia	Componente Ing. Loberto	Media coefficienti	Punteggio	Valutazione
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	0,8	0,8	0,8	0,8	4	Due console identiche, con display touchscreen a colori con la presenza di tre pagine multimediali dedicate alla configurazione, ai protocolli ed all'iniezione di prova.  Limitata personalizzazione dell'interfaccia.

**5. Connessione, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, secondo protocolli DICOM, al RIS/PACS aziendale in modo che le apparecchiature possano inviare i parametri di iniezione del paziente in studio, oltre alla tipologia ed alla concentrazione del mezzo di contrasto utilizzato. Tutte le spese relative all'interfacciamento e al pieno funzionamento lato iniettori e lato RIS/PACS sono a totale carico della ditta aggiudicataria. (Max. 10 punti).**

Ditta	Presidente Avv. Pillai	Componente Dott.ssa Pellecchia	Componente Ing. Loberto	Media coefficienti	Punteggio	Valutazione
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	0	0	0	0	0	Funzionalità non presente.

**6. Consumabili: Garanzia di mantenimento della sterilità nel corso della procedura. (Max. 10 punti).**

Ditta	Presidente Avv. Pillai	Componente Dott.ssa Pellecchia	Componente Ing. Loberto	Media coefficienti	Punteggio	Valutazione
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	1	1	1	1	10	Eccellente

**7. Consumabili: Modalità di sostituzione dei consumabili e sua semplicità. (Max. 10 punti).**

Ditta	Presidente Avv. Pillai	Componente Dott.ssa Pellecchia	Componente Ing. Loberto	Media coefficienti	Punteggio	Valutazione
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	1	1	1	1	10	Eccellente

**8. Consumabili: Economia d'esercizio ed organizzativa (copertura 24 h). (Max. punti 10).**

Ditta	Presidente Avv. Pillai	Componente Dott.ssa Pellecchia	Componente Ing. Loberto	Media coefficienti	Punteggio	Valutazione
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	1	1	1	1	10	Eccellente



**9. Manutenzione e Assistenza durante il periodo contrattuale - Tempi di risoluzione del guasto senza parti di ricambio inferiori a quanto richiesto nelle caratteristiche minime. (Max. 2 punti).**

Ditta	Presidente Avv. Pillai	Componente Dott.ssa Pellecchia	Componente Ing. Loberto	Media coefficienti	Punteggio	Valutazione
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	1	1	1	1	2	Entro 6 ore solari e consecutive. Possibilità, inoltre, di un muletto in loco.

**10. Manutenzione e Assistenza durante il periodo contrattuale - Tempi di risoluzione del guasto con parti di ricambio inferiori a quanto richiesto nelle caratteristiche minime. (Max. 2 punti).**

Ditta	Presidente Avv. Pillai	Componente Dott.ssa Pellecchia	Componente Ing. Loberto	Media coefficienti	Punteggio	Valutazione
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	1	1	1	1	2	Entro 3 giorni solari e consecutivi. Possibilità, inoltre, di un muletto in loco.

**Verbale n. 3**

**Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di n. 4 iniettori per somministrazione mezzi di contrasto e relativi dispositivi medici per la SC Radiologia del P.O. San Michele e per la SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del P.O. Businco per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Codice CIG 9244186F99.**

Addì 03.10.2022 in Cagliari, alle ore 10.00, presso la sede della S.C. Acquisti Beni e Servizi dell'ARNAS "G. Brotzu", Piazzale A. Ricchi, 1 - Cagliari, si è riunita in seduta riservata, al fine di adottare idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 312 del 09 aprile 2020, la Commissione nominata con atto n. 1507 del 03.10.2022, nel quale è stata predisposta la sostituzione della Dott.ssa Michela Pellecchia, - che per sopraggiunti impedimenti non può partecipare ai lavori della Commissione della gara in oggetto - con la Dott.ssa Ambra Pedrazzini, in qualità di Componente.





La Commissione risulta pertanto così composta:

PRESIDENTE:	Avv. Federica Pillai
COMPONENTE:	Dott.ssa Ambra Pedrazzini
COMPONENTE:	Ing. Alessio Loberto
SEGRETARIO:	Dott.ssa Laura Pisano

Alla luce di quanto esposta sopra, la Dott.ssa Ambra Pedrazzini dopo aver preso visione dell'offerta tecnica presentata dall'Operatore Economico Bracco Imaging Italia S.r.l. e dei punteggi tecnici assegnati dalla Dott.ssa Pellecchia, ratifica quanto sancito dal verbale n. 2 del 16.09.2022.

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara terminata la seduta e stabilisce che le risultanze della valutazione tecnica verranno comunicate, in seduta pubblica, in data 05.10.2022 alle ore 10.00 tramite Piattaforma Webex.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:	
COMPONENTE:	
COMPONENTE:	
SEGRETARIO:	

**VERBALE N. 4**

**OGGETTO: Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di n. 4 iniettori per somministrazione mezzi di contrasto e relativi dispositivi medici per la SC Radiologia del P.O. San Michele e per la SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del P.O. Businco per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Codice CIG 9244186F99.**

Addi 05.10.2022 in Cagliari, alle ore 10.14, presso la S.C. Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, Piazzale A. Ricchi, 1 Cagliari, si è riunita in seduta pubblica, attraverso la piattaforma per le videoconferenze "Webex", come pubblicato nell'apposita sezione dell'albo pretorio del sito [www.aobrotzu.it](http://www.aobrotzu.it), la Commissione incaricata dell'espletamento della procedura in oggetto.

La Commissione, nominata con determina n. 1147 del 06.07.2022, successivamente rettificata con atto n. 1507 del 03.10.2022, risulta così composta:

PRESIDENTE:	Avv. Federica Pillai
COMPONENTE:	Dott.ssa Ambra Pedrazzini
COMPONENTE:	Ing. Alessio Loberto
SEGRETARIO:	Dott.ssa Laura Pisano

Constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si da atto che i componenti hanno sottoscritto le dichiarazioni allegate al presente verbale sotto le lettere "A", "B", "C" e "D".

Alla seduta è connesso, in videoconferenza, il Rappresentante dell'unico Operatore Economico partecipante, Bracco Imaging Italia S.r.l.


Il Presidente, richiamato il verbale n. 1 del 04.07.2022, dà lettura del verbale n. 2 del 16.09.2022, dove sono riportate le risultanze della valutazione tecnica.

Al termine della lettura, il Presidente procede all'inserimento sul Portale SardegnaCAT del punteggio tecnico assegnato alla Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l., pari a **69 punti**.

In seguito, il Presidente procede all'apertura della busta economica, dalla quale si evince che l'Operatore Economico Bracco Imaging Italia S.r.l. propone un importo annuale complessivo pari a € 132.000,00 oltre Iva di Legge, ovvero un importo complessivo triennale pari a € 396.000,00 oltre Iva di Legge.

Viene attribuito il punteggio di 20 punti per l'offerta economica presentata e, pertanto, il punteggio complessivo totalizzato dall'Operatore Economico sopracitato risulta essere il seguente: **89 punti**.

Il Presidente comunica l'aggiudicazione in favore della Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l. e, alle ore 10.28, ultimati i lavori, chiude la seduta e trasmette gli atti all'Amministrazione per la predisposizione dell'aggiudicazione definitiva.





Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:

COMPONENTE:

COMPONENTE:

SEGRETARIO: