

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura di “Dispositivi Medici afferenti alla CND Q02” destinati alla Sala di Oculistica dell’ARNAS G. Brotzu per un anno, con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Codici CIG vari.

FAQ

Domanda: Si chiede - se possibile - di pubblicare i moduli da allegare alla documentazione amministrativa in formato editabile.

Risposta: Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati.

Domanda: in merito ai Lotti 81 e 82 come di seguito andiamo ad elencare:

LOTTO 81: Blefarostato a vite monouso: Si chiede se debba essere a valve aperte o chiuse;

LOTTO 82: a) Copribracciolo in bplex 30X70: Si chiede se debba avere elastico lungo tutto il perimetro; b) Siringa 10ML L.L. con ago: Si chiede di indicare le dimensioni dell'ago; c) Cannula idrodissezione: Si chiede se debba essere angolata o curva.

Risposta: Lotto 81: il blefarostato deve essere a valve aperte. Lotto 82: a) il copribracciolo non deve avere elastici, sarebbe preferibile (infatti sarà oggetto di valutazione qualitativa) ma non vincolante ai fini della partecipazione, che sia dotato di due laccetti da poter fissare posteriormente ai braccioli della sedia. b) l’ago della siringa deve essere da 22G - 0,70x25mm grigio. c) la cannula da idrodissezione deve essere curva piatta verticale 27G.

Domanda: LOTTO 81:

1. Il telo tavolo madre in BIPLEX cm 130x130 è richiesto avvolgente tutto il contenuto del Custom Pack?

2. Il blefarostato a vite monouso è richieste a valve aperte o chiuse o piene?

3. Il telo in TNT idrorepellente cm 100x120 con foro da incisione cm 10x12 con sacca raccolta liquidi deve essere dotato di film da incisione? In caso affermativo completo o parziale?

Risposta: 1) Si. 2) A valve aperte. 3) Si, deve essere dotato di film di incisione completo, secondo la misura indicata.

Domanda: LOTTO 82:

4. Il telo tavolo madre in BIPLEX cm 130x150 è richiesto avvolgente tutto il contenuto del Custom Pack?

5. Che tipo di ago è richiesto insieme alla siringa da 10 ml Luer-Lock?

6. Il campo da chirurgia oftalmica cm 140x157 con foro da incisione cm 6x9 deve essere dotato di film da incisione? In caso affermativo completo o parziale?

7. La cannula da idrodissezione 27G mm 40x22 x 7/8 in punta piatta deve essere piatta sul piano orizzontale o verticale?

Risposta: 4) Sì. 5) Ago 22G 0,70x25mm grigio. 6) sul piano verticale.

Domanda: Si chiede di precisare la data di scadenza dei chiarimenti e la data di risposta.

Risposta: V. art. 12 del CSA.

Domanda: notiamo che i criteri di valutazione fanno in parte riferimento anche a qualità riscontrabili solo tramite riscontro con campionatura (es. qualità del taglio, maneggevolezze ed ergonomia, facilità di utilizzo del kit etc). Considerata la richiesta eventuale e comunque successiva della campionatura, chiediamo come verranno attribuiti questi punteggi. Saranno attribuiti dopo la visione della campionatura? Qualora non venisse richiesta campionatura, come verranno distribuiti?

Risposta: V. art. 6 CSA e art. 14 CSA.

Domanda: si chiede conferma che per modello scheda dati per antimafia, si debba intendere l'Allegato b) in quanto le dichiarazioni al suo interno si riferiscono alle cause di esclusione di cui agli art. 94, 95 e 98 del D. Lgs 36/2023. Si chiede diversamente di allegare il corretto modulo per la richiesta antimafia.

Risposta: La modulistica è indicativa e non obbligatoria.

Domanda: Pagamento contributo ANAC: A causa di difficoltà nel generare il pagamento tramite PagoPA per problemi tecnici sul sito dell'ANAC, vorrei sapere se, come indicato in un avviso pubblicato il 26 gennaio, è possibile effettuare il pagamento del contributo anche tramite bonifico bancario.

Risposta: V. art. 12 CSA.

Domanda: DGUE: Vorrei confermare se il DGUE da compilare è quello inserito tra gli allegati della gara o se è quello da generare nella sezione "Busta" del sito del CAT. Potrebbe fornire chiarimenti in merito a quale versione del DGUE sia da utilizzare?

Risposta: La modulistica è indicativa e non obbligatoria.

Domanda: Si chiede di voler specificare, riguardo ai lotti 81 e 82, se e' ammesso il principio di equivalenza funzionale.

Risposta: Si conferma.

Domanda: Si chiede se, sempre per i lotti 81 e 82, sono indicate, ovvero consentite discrepanze nelle misure richieste, ovvero la percentuale di scostamento da esse.

Risposta: No

Domanda: Lotto 81: 1) - Viene richiesta 1 siringa da 2 ml luer-slip – Chiediamo se accettata 1 siringa da 2,5 ml luer-slip. 2) Viene richiesto 1 ago ipodermico 30G x 1/2 - 0,30x12,7 mm - chiediamo se l'ago deve essere montato sulla siringa.

Risposta: 1) Si. 2) Non deve essere montato sulla siringa.

Domanda: Lotto 82:

1) Viene richiesta 1 siringa da 10 ml L/L cono centrale con ago

- chiediamo di indicare la misura dell'ago

2) Viene richiesto 1 campo per chirurgia oftalmica cm 140 x 157 telo in TNT idrorepellente cm 140 x 157 con foro di incisione cm 6 x 9 e sacche laterali

- chiediamo poichè avete parlato di sacche al plurale se trattasi di refuso e quindi la sacca debba essere intesa come una sacca.

3) vengono richiesti:

- CANNULA 27G IDRODISSEZIONE 40X22MM – 27GX7/8 PUNTA PIATTA

- CANNULA CAMERA ANTERIORE 27GX7/8 – 0,4X22MM PUNTA TONDA

chiediamo se possono essere accettati i seguenti i seguenti aghi rispettivamente:

- AGO CANNULA DA IDRODISSEZIONE 27GX1" (25MM LUNGHEZZA) – PIEGATURA 10mm
CON PUNTA PIATTA ORIZZONTALE

- AGO CANNULA DA CAMERA ANTERIORE 27GX1" (25 MM) - 4MM ANGOLATO - PUNTA
TONDA - ANGOLATO 30°

Risposta: 1) Ago cannula da idrodissezione 27Gx1"(25mm) piegatura 10mm con punta verticale;
Ago 22g 0,70x25mm grigio. 2) La sacca è richiesta bilaterale, ossia a destra e a sinistra del telo. 3)
sono accettati Ago cannula da camera anteriore 27Gx1" (25mm) angolato 30° punta tonda.

Domanda: L'offerta economica dev'essere redatta per singolo lotto su carta intestata dell'Azienda?
in quanto nella documentazione di gara non avete inviato alcun modello.

Risposta: Si conferma. La modulistica è indicativa e non obbligatoria.

Domanda: 1) Nei lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 non si evince se il bisturi richiesto deve avere il
sistema di protezione come da normativa CE o se è sufficiente che la lama sia protetta (anche da
una semplice spugnetta) per non rovinare l'affilatura. Si chiede una specifica maggiore.

2) La cannula del lotto 35 deve essere protetta oppure no?

3) Il lotto 56 identifica uno specifico prodotto. Si chiede di poter offrire per il principio di equivalenza
l'olio di silicone pesante a 5000 cSt.

Risposta: 1) è sufficiente la protezione della lama con spugnetta; 2) Sì, deve essere protetta in una
confezione rigida; 3) Il lotto 56 indica un gas (SF6) e non olio di silicone.

Domanda: Lotto 82, Custom Pack per Vitrectomia, Vs richiesta n°1 ago G22 x 1 – 0,70 x 25mm, si chiede se trattasi di ago ipodermico. Se così non fosse, si chiede di meglio specificare che ago sia richiesto e le sue caratteristiche

- Lotto 82, Custom Pack per Vitrectomia, Vs richiesta n° 1 siringa da 10ML Luer Lock cono centrale con ago, si chiede di avere maggiori dettagli sulle specifiche dell'ago richiesto (es. misura in G)

- Lotto 82, Custom Pack per Vitrectomia, Vs richiesta n° 1 siringa da 1ML Luer Lock con ago G22 x 1 – 0,70 x 25mm, si chiede se trattasi di ago ipodermico. Se così non fosse, si chiede di meglio specificare che ago sia richiesto e le sue caratteristiche

- Lotto 82, Custom Pack per Vitrectomia, Vs richiesta n° 2 siringa da 3ML Luer Lock con ago G22 x 1 – 0,70 x 25mm, si chiede se trattasi di ago ipodermico. Se così non fosse, si chiede di meglio specificare che ago sia richiesto e le sue caratteristiche.

Risposta: 1) le caratteristiche dell'ago sono quelle descritte, è accettabile 0,7x30mm, o 0,7x32mm Non serve per iniezione ipodermica; 2) ago G22x1-0,70x30mm/32mm non ago ipodermico; 3) Ago da 25Gx5/8 (0,5x16mm); 4) gli aghi richiesti sono da 22G 0,7x30mm/32mm.

Domanda: In considerazione della natura della fornitura di poco impatto sull'iterazione fisica fornitori/AO Brotzu (mera fornitura di materiali presso Servizio Farmacia), considerando la possibilità che uno o più fornitori possano aggiudicarsi un numero limitato di lotti, considerando che la maggior parte delle aziende partecipanti sono da diversi anni stabili fornitori della vostra rispettabile azienda si chiede cortesemente se la richiesta di documentazione relativa all'accreditamento fornitori da presentare in seguito all'aggiudicazione, sia da considerarsi vincolante solo per le nuove aziende partecipanti.

Risposta: V. art. 35 del CSA.

Domanda:

- Per i lotti 15,16,17,18,19,20,23,24 la non presenza della caratteristica "impugnatura a 360" sia a pena esclusione;

- Per i lotti 56 e 57, la non presenza della caratteristica di "50mL" sia a pena esclusione;

- Per i lotti 60,61,62 si può presentare una relazione tecnica di equivalenza per un composto alternativo al Blu Brillante.

Risposta: 1) Sì; 2) Sì, deve essere necessariamente da 50ml; 3) No.

Domanda: Nel lotto 65 si richiede uno specifico tamponante retino, unico in commercio a nostra conoscenza, per equivalenza si chiede di poter offrire un tamponante ad alta viscosità a 5000 cTs.

Risposta: Le caratteristiche richieste per il tamponante pesante sono le seguenti:
PERFLUOROXELYLOCTANE/POLYDIMETHYLSILOXANE da 10ml 1400 mPas

Domanda: in data 18/09 abbiamo inviato un chiarimento al quale vorremo aggiungere alcune ulteriori precisazioni:

1) Viene richiesta 1 siringa da 10 ml L/L cono centrale con ago

- chiediamo di indicare la misura dell'ago, possiamo intendere che è uguale a quelle richieste nei rigi successivi ovvero ago 22G x 1 - 0,70 x 25mm?

3) vengono richiesti:

a)- CANNULA 27G IDRODISSEZIONE 40X22MM – 27GX7/8 PUNTA PIATTA

b) -CANNULA CAMERA ANTERIORE 27GX7/8 – 0,4X22MM PUNTA TONDA

chiediamo se possono essere accettati i seguenti aghi rispettivamente:

a):

- AGO CANNULA DA IDRODISSEZIONE 27GX1" (25MM LUNGHEZZA) – PIEGATURA 10mm
CON PUNTA PIATTA ORIZZONTALE - ago angolato

oppure chiediamo di precisare se trattasi di:

- CANNULA 27G IDRODISSEZIONE 40X22MM – 27GX7/8 PUNTA PIATTA - ago curvo punta
piatta verticale

- CANNULA 27G IDRODISSEZIONE 40X22MM – 27GX7/8 PUNTA PIATTA - ago angolato punta
piatta orizzontale

b)

AGO CANNULA DA CAMERA ANTERIORE 27GX1" (25 MM) - 4MM ANGOLATO - PUNTA TONDA
- ANGOLATO 30°.

Risposta: 1) Sì, è accettabile 0,70x30mm/32mm; 3) Sono accettati l'ago cannula 27G da
IDRODISSEZIONE 40X22MM-27Gx7/8 punta piatta, ago curvo punta verticale e l'ago cannula da
camera anteriore 27Gx1 (25mm) -4mm angolato punta tonda angolato 30°

Domanda: In riferimento al lotto di gara 82, si chiede di specificare l'indicazione d'uso dell' "AGO
G22 x 1 – 0,70 x 25mm" e se sia possibile offrire un prodotto con caratteristiche analoghe ma
lunghezza totale 30 mm?

Risposta: Sì, in quanto l'ago in questione è utilizzato per aspirare specifici farmaci in fiale, per cui la lunghezza totale 30mm/32mm è accettabile.