
Consultazione preliminare di mercato

1. Stazione appaltante:

ARNAS G. Brotzu
Piazzale Ricchi n. 1 09134 Cagliari
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

2. Struttura e Unità organizzativa di riferimento:

S.C. Acquisti, Beni e Servizi

3. Punti di contatto:

PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it
Referente istruttoria: Dott.ssa Jessica Troncia - email: jessica.troncia@aob.it

4. Obiettivi:

Il Centro di Radioterapia del P.O. Businco dell'Arnas G.BROTZU è un Centro di Riferimento Oncologico Regionale a cui affluiscono pazienti con tutte le tipologie di patologie tumorali. Con la Tomoterapia elicoidale sarà possibile incrementare le tipologie di neoplasie da trattare e sarà possibile eseguire tutti i più moderni trattamenti Radioterapici, in linea con i centri Oncologici più evoluti in Italia, Europa e nel Mondo, andando inoltre ad impattare in maniera positiva sulle liste d'attesa.

5. Importo Finanziato Fondi PNRR e cofinanziamento regionale: € 7.195.000,00

6. Oggetto: consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Tomoterapia Elicoidale da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu. PNRR – M6.C2 1.1.2 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie.

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ex art. n. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Tomoterapia Elicoidale, ivi compresi i lavori di adeguamento dei locali della Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu, nei quali è attualmente installato un LINAC mod. Oncor Expression.

Il sistema che si intende acquisire è, a conoscenza di questa Amministrazione, di esclusiva produzione di un unico Operatore economico.

In considerazione della particolare rilevanza tecnologica dell'apparecchiatura e della natura tecnica della stessa, che la renderebbe "infungibile", la SA ritiene opportuno esperire, prima dell'avvio della procedura di negoziazione, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento, garantendo, tra l'altro, la pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, vi siano altri operatori economici che possano effettuare la fornitura di un sistema di tomoterapia elicoidale con le caratteristiche di cui all'allegato "A" della presente consultazione.

Pertanto la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di acquisizione della fornitura in oggetto, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma volta a:

- agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di voler indire l'appalto programmato;
- verificare che le caratteristiche tecniche del sistema che si intende acquisire, descrivano un sistema realmente "infungibile"; in caso contrario, l'operatore economico dovrà fornire dettagliata relazione tecnica ed ogni altro documento necessario a dimostrare l'equivalenza di soluzioni proposte in alternativa.

Gli operatori economici, all'atto della compilazione della risposta alla consultazione, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla successiva fase di selezione e invito alla gara, e, altresì, di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che le ditte possano vantare alcuna pretesa.

7. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse.

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito online aziendale www.aobrotzu.it, decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione. La Ditta interessata deve inoltrare la propria manifestazione di interesse a mezzo PEC all'indirizzo serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it, secondo il modello allegato alla presente comunicazione (ALL. A). La comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta e riportare il seguente oggetto:

“Riscontro a consultazione preliminare di mercato ARNAS G. Brotzu - Fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Tomoterapia Elicoidale da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell’Arnas G. Brotzu.”

L'istanza deve pervenire all'indirizzo PEC sopraindicato, entro e non oltre il termine perentorio delle **23:59 del giorno 02.12.2022.**

8. Soggetti ammessi alla procedura:

Operatori economici di cui al D.lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lettera p) e art. 45 commi 1 e 2.

9. Requisiti tecnici, amministrativi e professionali richiesti per la successiva partecipazione alla gara:

- Requisiti di cui al D.lgs. 50/2016, art. 80.
- Iscrizione al Registro delle imprese per attività attinenti al settore della presente procedura, a norma del D.lgs. 50/2016 art. 83.
- Aver effettuato, nell'ultimo triennio, forniture della stessa tipologia di apparecchiatura oggetto del presente avviso, presso Aziende Sanitarie o Ospedaliere pubbliche o private.

10. Ulteriori informazioni.

Ai sensi del GDPR 2016/679 e Dlgs n. 101/18 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul sito aziendale.



AII. "A"

Caratteristiche della fornitura

- Fornitura e posa in opera di un sistema di Tomoterapia Elicoidale chiavi in mano, ivi compresi lavori di adeguamento dei locali nei quali è attualmente installato un LINAC mod. Oncor Expression;
- Rotazione continua su 360° della sorgente radiante;
- Collimatore multilamellare comandato ad aria compressa e caratterizzato da una velocità elevata (oltre 200 cm/sec);
- Possibilità di trattamento su lesioni multiple in una stessa seduta;
- SAD (Source - Axis Distance) inferiore a 90cm
- Campo di trattamento in un cilindro di circa 40cm x 130cm in grado di consentire l'eliminazione di giunzioni nel caso di necessità di trattamento su campi grandi;
- Possibilità di gestire e variare parametri legati alla qualità e tempo di trattamento (valori di campo, pitch, modulation factor);
- Software per l'esecuzione della radioterapia Adaptive e per i Ritrattamenti;
- Sincronizzazione ed adattamento del fascio radioterapico con i movimenti della zona da trattare in grado di garantire un'erogazione continua del fascio radiante;
- Trattamenti a guida d'immagine (IGRT) effettuati sia con il complesso MV (generatore di fotoni) che con tubo radiogeno in modalità spirale con lunghezza di scansione di almeno 130cm con una elevata qualità di immagine ed un ridotto tempo di scansione;
- Combinazione di immagini CT (prodotte dalla macchina stessa) e modulo di sincronizzazione per adattare il fascio radiante ai movimenti della regione target senza interruzione dell'irradiazione;
- Software di tracciamento automatico della dose, in grado di rilevare variazioni nell'anatomia del paziente ed il relativo impatto dosimetrico durante il trattamento radioterapico, suggerendo e consentendo il replanning;
- L'OE dovrà garantire l'interfacciamento con l'OIS in dotazione presso la struttura e con gli altri sistemi informativi correlati;
- Fornitura di HW e SW necessari alla completa operatività dell'apparecchiatura e dotazione di licenze idonee a sfruttarne tutte le modalità di lavoro disponibili;
- Eventuale adeguamento degli impianti a servizio e del bunker che dovrà ospitare l'apparecchiatura;
- Smantellamento e rimozione del LINAC esistente.

Spett.le ARNAS G. Brotzu

Riscontro a consultazione preliminare di mercato ARNAS G. Brotzu - Fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Tomoterapia Elicoidale da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu.

Il sottoscritto _____ nato a Prov..... il
..... codice fiscale, nella sua
qualità di legale rappresentante della ditta, con sede in
_____, iscritta al registro imprese con il n.
_____, c.f. /p.iva _____, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Dichiara

- a. Di essere consapevole che la partecipazione alla presente consultazione preliminare di mercato non ingenera alcun affidamento, non assicura e non preclude l'ammissione successiva alla procedura di affidamento della fornitura, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura, non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, avrà facoltà di interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere o sospendere la procedura di prossimo avvio, senza alcuna responsabilità o pretesa aspettativa, né alcun diritto da parte degli operatori economici consultati. Ciò in quanto la presente consultazione preliminare non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ed il relativo avviso non costituisce un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico, ai sensi dell'art. 1989 c.c., né invito a proporre offerta o a partecipare a gara;
- b. Di manifestare la disponibilità a partecipare alla consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016, quale fase preliminare dell'avvio della procedura di affidamento della fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di un sistema di Tomoterapia Elicoidale, da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas G. Brotzu, per il reperimento delle informazioni utili alla predisposizione degli atti di gara;
- c. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.



A tal fine allega:

- Eventuale documentazione necessaria a dimostrare l'equivalenza della soluzione proposta in alternativa a quella richiesta;
- Elenco delle forniture della stessa tipologia dell'apparecchiatura oggetto del presente avviso, effettuate nell'ultimo triennio, presso Aziende Sanitarie o Ospedaliere pubbliche o private;
- Copia del documento d'identità.

Data e firma _____