

**Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.**

N. 968

del 03.06.2022

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/16, per la sostituzione dell'impianto di trattamento dell'acqua dell'Autoclave Getinge, ubicato presso la Centrale di Sterilizzazione del P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu". Operatore Economico Hospital Consulting S.p.A. Importo complessivo pari a € 6.801,07 oltre Iva di Legge. Codice CIG ZB8369BFCF.

PDTD/2022/1017 N.T.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 03.06.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu  
SI  NO

**Il Direttore della S.C. A.B.S.**

- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con atto deliberativo n. 801 del 26.05.2020 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito [www.aobrotzu.it](http://www.aobrotzu.it) – è stata recepita l'aggiudicata del Servizio della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT di cui alla Convenzione Quadro Rep. N. 109 del 12.05.2020, affidando i Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione sardegna – Lotto n. 1, in favore del RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria) – (Mandanti) GE Medical Systems Italia SpA e Siemens Healthcare Srl, per un importo complessivo quinquennale pari a € 18.347.317,32 oltre Iva di Legge;
- Considerato** che, come conseguenza delle numerose richieste di intervento riguardanti blocchi ed allarmi della sterilizzatrice Getinge mod. Trans Smart, ubicata presso la centrale di Sterilizzazione, i tecnici specializzati hanno ricondotto tali problemi all'impianto di trattamento dell'acqua a corredo dell'apparecchiatura;
- Considerato** altresì che, il Direttore della S.S.D. Tecnologie Sanitarie dell'ARNAS "G. Brotzu", con nota NP/2022/4099 del 20.05.2022 – agli atti del servizio – ha richiesto la sostituzione in blocco di tale impianto, con attività effettuata direttamente da casa madre, così da poter poi ricomprendere tutto il sistema all'interno del perimetro contrattuale dell'autoclave stessa;
- Richiamato** l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, in base al quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"*;
- Dato atto** che è stato richiesto apposito preventivo di spesa all'Operatore Economico Hospital Consulting S.p.A. e che lo stesso, con offerta prot. n. Z81.052201\_REV01 del 05.05.2022, si è reso immediatamente disponibile alla sostituzione in blocco del succitato impianto, con attività effettuata direttamente da n. 2 tecnici specializzati, per un importo complessivo pari a € 6.801,07 oltre Iva di Legge (All. "A" fg. 2);
- Considerato** che il Direttore della S.S.D. Tecnologie Sanitarie ha ritenuto congrua l'offerta proposta dall'Operatore Economico Hospital Consulting S.p.A.;
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Hospital Consulting S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, la sostituzione dell'impianto di trattamento dell'acqua dell'Autoclave Getinge, ubicato presso la Centrale di Sterilizzazione del P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu", per un importo complessivo pari a € 6.801,07 oltre Iva di Legge;

Segue determinazione n. 968 del 03.06.2022

**Ritenuto** ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 101, comma 1, e dell'art. 111, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, di dover individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Alessio Loberto, che possiede le competenze professionali per svolgere tale incarico;

**Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/16;

#### **DETERMINA**

1. di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Hospital Consulting S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, la sostituzione dell'impianto di trattamento dell'acqua dell'Autoclave Getinge, ubicato presso la Centrale di Sterilizzazione del P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu", per un importo complessivo pari a € 6.801,07 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 6.801,07 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto n. A507020102 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100032 – Sterilizzazione a vapore;
3. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Alessio Loberto, che possiede le competenze professionali per svolgere tale incarico;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

**Il Direttore della S.C. A.B.S.**

**Avv. Federica Pillai**



**H.C. Hospital Consulting S.p.A.**  
 Via di Scolivigne, 60/1 – Loc. Grassina  
 50012 Bagno a Ripoli – Firenze – Italia  
 Tel: (+39) 055 6498 51 – Fax: (+39) 055 6498 680  
[www.hospital-consulting.it](http://www.hospital-consulting.it)

*Spett.le*  
*ARNAS "G. Brotzu"*  
*Piazzale Alessandro Ricchi, 1*  
*09134 Cagliari*

Alla c.a. Ing. Alessio Loberto

Cagliari, 05/05/2022  
**Z81.052201\_rev01**

**Oggetto: Preventivo di spesa per la sostituzione dell'impianto di trattamento dell'acqua in ingresso all'apparecchiatura H001970 - AUTOCLAVE - GETINGE INFECTION CONTROL AB - TRANS SMART - s/n 150215MCK ubicata al P.O. San Michele - Sterilizzazione.**

In riferimento alle richieste di manutenzione correttiva **2021/02237, 2021/02312, 2022/00466, 2022/00868** relative all'apparecchiatura **H001970 - AUTOCLAVE - GETINGE INFECTION CONTROL AB - TRANS SMART - s/n 150215MCK** in dotazione alla Sterilizzazione del P.O. San Michele e alla comunicazione del 23/03/2022 inviata via mail da Casa Madre, si comunica che l'autoclave in questione sta lavorando con acqua di rete non trattata in quanto addolcitore e sistema osmosi non funzionano. Tale problema può creare criticità all'autoclave (ad esempio presenza di calcare nel generatore o mandare in corto le resistenze) e all'utilizzatore che, per garantire il funzionamento della macchina, si ritrova a ricaricare manualmente l'acqua all'interno della vasca di accumulo. Spesso capita inoltre che l'autoclave rimanga senz'acqua in ingresso, andando in allarme e generando richieste di manutenzione correttiva non inerenti ad un reale guasto della macchina.

Sulla base di quanto riportato risulta necessario sostituire quanto prima l'impianto di trattamento dell'acqua. Vi proponiamo quindi la nostra migliore offerta per la sostituzione dell'addolcitore e del sistema di osmosi dell'acqua in ingresso all'apparecchiatura H001970 - AUTOCLAVE - GETINGE INFECTION CONTROL AB - TRANS SMART - s/n 150215MCK, comprensivo di costi di manodopera, costi di viaggio e materiali:

A) 12 Ore di lavoro €179,00/cad.  
**Totale manodopera: €2.148,00 iva esclusa**

B) Il costo del materiale viene così composto e suddiviso:

- 1) Water softner ETM28 €1.688,75
- 2) SISTEMA OSMOSI - 70/LT €3.720,00

**Totale materiali: €5.408,75 iva esclusa**

**Totale preventivo €7.556,75 iva esclusa**

**Sconto a voi applicato 10%**

**Nostra migliore offerta a voi riservata €6.801,07 iva esclusa**

Si precisa che l'intervento sarà effettuato da n. 2 tecnici specializzati e che un'eventuale differenza di ore di lavoro impiegate verrà consuntivata al termine dell'intervento.

Il ritiro e il conseguente smaltimento del vecchio impianto non sono inoltre compresi nel preventivo.

Rimanendo a completa disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento in merito si porgono cordiali saluti.

**ALLEGATI:**

- Rapporto tecnico richiesta 2021/02237;
- Rapporto tecnico richiesta 2021/02312;
- Rapporto tecnico richiesta 2022/00466;
- Rapporto tecnico richiesta 2022/00868;
- E-mail Getinge del 23/03/2022.

*Hospital Consulting S.p.A.*

*Michela Lobina*

