Oggetto: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura, in conto deposito, di strumentario e dispositivi per chirurgia vertebrale per la S.O. della SC di Neurochirurgia dell'ARNAS "G. Brotzu" per due anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni. CIG vari.

FAQ

Domanda: Buonasera, in relazione al lotto 2 si richiede di specificare cosa si intende per 'impianto medio-laterale'.
Risposta: Si intende che devono essere viti specificamente disegnate per il posizionamento MEDIO-LATERALE.
Non sono quindi le viti peduncolari classiche che sono a posizionamento latero-mediale.

Domanda: non riusciamo a trovare il seguente allegato A, come meglio descritto sul capitolato Speciale: Le caratteristiche tecniche, la composizione e le quantità della fornitura, sono specificamente indicate nell' Allegato A al presente capitolato.
Non troviamo quindi la descrizione tecnica dei prodotti da offrire in gara
Risposta: l'allegato "A" - caratteristiche tecniche, composizione e quantità della fornitura - si trova nell'ultima pagina del capitolato di gara.

Domanda: In relazione alla dicitura "viti specifiche per impianto medio-laterale", intendete viti che vanno sui corpi vertebrali oltre alle normali viti che vanno sui peduncoli?
Risposta: Si intende che devono essere viti specificamente disegnate per il posizionamento MEDIO-LATERALE. Non sono quindi contemplate le viti peduncolari classiche